



BIRDEM GENERAL HOSPITAL

Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation
in Diabetes, Endocrine and Metabolic Disorders

(An Enterprise of the Diabetic Association of Bangladesh)

নং/বারডেম/প্রশাসন/ক্রম/ Autoclave Machine / ২০২৬ / ৪৬৩৬

তারিখ: ২৯ আগস্ট ২০২৬ খ্রিঃ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বিভিন্ন Autoclave Machine সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

বিষয়: RFQ পদ্ধতিতে বারডেম জেনারেল হাসপাতাল এর ডেন্টাল বিভাগের জন্য Autoclave Machine সরবরাহের সীলড কোটেশন আহ্বান।

বারডেম জেনারেল হাসপাতাল এর ডেন্টাল বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী সংযুক্ত Autoclave Machine এর Technical Specifications মোতাবেক নিম্নলিখিত শর্তে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ সকাল ৯ ঘটিকা থেকে দুপুর ১২:০০ ঘটিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে সীলড কোটেশন দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো। যা ঐ দিনই দুপুর ১২:৩০ মিনিটের সময় উপস্থিত (যদি উপস্থিত থাকে) দরদাতাদের সামনে খোলা হবে।

শর্তসমূহ:

- ১) সংযুক্ত Technical Specifications মোতাবেক Autoclave Machine গুণগত মানসম্পন্ন হতে হবে।
- ২) দরপত্রে Brand & Country of origin উল্লেখ করতে হবে।
- ৩) তিন বছরের Complete Warranty থাকতে হবে।
- ৪) ভ্যাট-ট্যাক্সসহ দরপত্র দাখিল করতে হবে।
- ৫) দরপত্রের সাথে হলনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর কপি, ভ্যাট এর কপি ও আয়কর সার্টিফিকেট কপি জমা দিতে হবে।
- ৬) মনোনীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরবর্তীতে চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে যাতে সকল শর্ত বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে।
- ৭) কোটেশন দাতার স্বাক্ষর, নাম, পদবী ও সীল দিয়ে কথায় ও অঙ্কে দর দাখিল করতে হবে।
- ৮) কোনো প্রকার ঘষা মাজা, ছেঁড়া-কাটা কাটি, ফুইডিং অথবা ওভাররাইটিং থাকলে কোটেশন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এই বিষয়ে কোন প্রকার ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট, শর্তযুক্ত ও বিলম্বে দাখিলকৃত কোটেশন গ্রহণ করা হবে না।
- ৯) কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন দর গ্রহণে বাধ্য নহেন এবং কোন কারণ দর্শানো বা ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ বা আংশিক কোটেশন গ্রহণ অথবা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।
- ১০) এতদসংক্রান্ত যে কোন তথ্যাবলী অত্র দপ্তর ২৩০ নং কক্ষ থেকে জানা যাবে।
- ১১) সীলমোহরকৃত কোটেশন ক্রম শাখার -২৩০ নং কক্ষের সামনে রক্ষিত বক্সে ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১২.০০ ঘটিকার মধ্যে জমা দিতে হবে এবং ঐ একই দিন বেলা ১২.৩০ ঘটিকায় প্রাপ্ত দরপত্রগুলো দরপত্র দাতাদের সম্মুখে (যদি উপস্থিত থাকে) উন্মুক্তকরণ করা হবে ২৩৪/ ২৪৬ নং কক্ষে।
- ১২) সীলমোহরকৃত কোটেশনে পরিচালক (হাসপাতাল প্রশাসন) বারডেম এর বরাবর আবেদন করতে হবে।
- ১৩) উল্লেখ্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পরবর্তী এক বছরের জন্য একই মূল্যে ও শর্তে বারডেম কর্তৃক সিডিউলে উল্লেখিত দ্রব্যাদি সংগ্রহের নিমিত্তে চুক্তিনামা স্বাক্ষর করা হবে।
- ১৪) Autoclave Machine সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাডাস প্রকিউরমেন্ট ম্যানুয়াল -২০১৯, পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০২৫ এর ধারা / বিধি সমূহ প্রতিপালিত হবে।

আপনাদের প্রতিষ্ঠান যদি আগ্রহী হয় তবে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে

সুমন কুন্ডু

সহকারী-পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট)

ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের পক্ষে

বারডেম জেনারেল হাসপাতাল।

অনুলিপিঃ

১। নোটিশ বোর্ড, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল ও বারডেম জেনারেল হাসপাতাল (মণ্ডলী) এবং ইব্রাহিম কার্ডিয়াক।

২। নোটিশ বোর্ড, বিএমএ ভবন এবং মিটফোর্ট সার্জিক্যাল মার্কেট।

৩। ওয়েবসাইট (বারডেম ও বাডাস)।

৪। অফিস কপি।

Technical Specifications for Semi-Auto Autoclave Machine (Table Top)

➤ Features & Technical Specifications:

This Semi-Auto Autoclave Machine (Table Top) should have following these Features and Technical Specifications:

- | | |
|---|--|
| 01. Capacity | : Minimum 24 Liters to Maximum 30 Liters |
| 02. Controller | : Automatic mechanical control |
| 03. Heater | : Minimum 1.8kW to Maximum 2.8kW |
| 04. Temp. Accuracy | : $\pm 5^{\circ}\text{C}$ at $121^{\circ}\text{C}/132^{\circ}\text{C}$ |
| 05. Sterilizing Timer | : Maximum 0~60 minute |
| 06. Dry Timer | : Maximum 0~60 minute |
| 07. Designed temperature | : 140°C |
| 08. Sterilizing temperature | : $118\sim 134^{\circ}\text{C}$ |
| 09. Designed pressure | : Minimum 4 kg/cm ² /3.92bar/56.9psi |
| 10. Sterilizing pressure | : Minimum 0.9~2.1kg/cm ² , 0.88~2.06bar, 12.8~29.9psi |
| 11. Material | : Pressure vessel: Stainless Steel |
| 12. External | : Powder Coated Steel |
| 13. Door Locking | : Manual Locking |
| 14. Safety Device | : Thermal cut-off, safety valve 2.6kg/cm ² , emergency exhaust valve, Pressure control switch, no fuse breaker, |
| 15. Basket | : 2 each of Wire Basket included |
| 16. Top-loading Sterilizers for Easy Loading for Large Working Volume | |
| 17. Complete Safety Pressure Mechanism | |
| 18. Strong and Safety Screw Handle Door | |
-
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| ➤ Power Requirement | : 220V, 50Hz |
| ➤ Compliance and Approval | : CE/FDA |
| ➤ Country of Origin | : USA/UK/EU/Japan/Taiwan |

➤ Warranty & After Sales Service:

01. Warranty period will be Minimum 03 (Three) Years.
02. Warranty Period will be counted from the date of handing over the machine to the user in full functioning condition i.e. date of commission.
03. In warranty period the supplier have to provide all maintenance and repair service along with spares.
04. Breach time will not be counted in warranty period.
05. At least 10 (Ten) Years back up services (including 03 Years warranty period) has to be ensured by supplier.
06. The repair / maintenance work should be carried out within 72 hours after getting request for such from user.
07. If the supplier failed to repair the machine within 72 hours after getting request from user then the authority has the right to impose on supplier a penalty of 0.025% of total value of machine per day.
08. All electric appliances to install the machine should supply by qualified bidder.
09. The Supplier should be submitted approximate price quotation for Fast and Slow moving spare parts of the machine for next 10 (Ten) Years.
10. The Supplier should be submitted Manufacturer Authorization letter, User list and CE or FDA Certifications.

Alam
01.06.26
Muhammad Ahsan Ali Nayem
Senior Bio-Medical Engineer
Maintenance Department
BIRDEM General Hospital, Dhaka.

Alam
01.06.26

AD Hospital
AD Hospital

Rahman
4.6.26
DR. SAJID HASAN
BDS, FRCR
Oral & Maxillofacial Surgery &
Associated Professor & Consultant
Department of Dental Surgery
Ibrahim Medical College
&
BIRDEM General Hospital